

Instituto Valenciano de Microbiología



Masía El Romeral
Ctra. Bétera – San Antonio de Benagéber, Km 0,3
46117 Bétera (Valencia)
Tel. 96 169 17 02
Fax 96 169 16 37
e-mail: ivami@ivami.com
www.ivami.com
CIF B-96337217

Prueba con el certificado de BPLs
(Buenas Prácticas de Laboratorio)
Nº. 1/19-C.VAL. Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios de la Consellería de
Sanidad de la Comunidad Valenciana.

Prueba de actividad virucida con producto “SANIVIR” frente a Coronavirus 229E (basado en norma EN 14476: 2014 + A2: 2019)

Informe

Nº de registro: D/20/179

1. **Identificación del laboratorio**..... Instituto Valenciano de Microbiología.
2. **Identificación del cliente**..... Pilar Rosas Pérez
Dirección Avda. Castilleja de la Cuesta, 26, PIBO
Sevilla, 41110.
3. **Identificación de la muestra** (información suministrada por el cliente)
 - Nombre del producto SANIVIR.
 - Número de lote... 192166.
 - Fecha de caducidad 11/2022.

4. Conclusión

El producto desinfectante **SANIVIR**, lote **192166** en condiciones limpias y con un tiempo de contacto de 30 minutos **posee** actividad virucida frente a Coronavirus 229E (ATCC VR-740), a la concentración del **1%**, solicitada por el cliente, según la norma EN-14476: 2014 + A2: 2019.

Las pruebas realizadas, solo con la cepa 229E de Coronavirus, no permiten concluir que el producto probado muestra una actividad virucida general, sino solo que muestra actividad frente a Coronavirus.

Bétera (Valencia) a, 18 de marzo de 2020

Fdo. Noelia Ros
Técnico responsable
(Investigador)

Fdo. Ruth Novella
Responsable de área
(Directora de estudio)

Fdo. Encarnación Esteban
Director técnico
(Directora Garante de Calidad)